

Bedienungsanleitung


EXTECH[®]

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

Desktop Raumlufthqualität-Monitor

Modell CO100




CE

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Extech CO100. Dieses Kohlendioxid (CO₂)-Messgerät kontrolliert die Luftqualität sowie Gesundheit durch Messung des Kohlendioxidgehalts in Gebieten, in denen CO₂-Level problematisch sein können. Der aufgezeichnete CO₂-Wert in ppm (parts-per-million), Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit werden gemeinsam mit den folgenden drei CO₂-Statusanzeigen auf dem LCD-Display angezeigt: Good (0 bis 800 ppm), Normal (800 bis 1200 ppm), Poor (>1200 ppm). Ein akustischer Alarmton erklingt, wenn der CO₂-Gehalt einen eingestellten Bereich überschreitet. Dieses Gerät wird vollständig getestet und kalibriert ausgeliefert und wird bei richtiger Handhabung viele Jahre lang verlässlich arbeiten.

Betrieb

- 1. Ein-/Ausschalter** (Rückseite)
Zum Ein-/Ausschalten des Geräts.
- 2. Taste HOLD** (Rückseite)
Zum Festhalten des aktuellen Messwerts auf dem Display.
- 3. Taste °C/°F** (Rückseite)
Zur Auswahl von °C oder °F
- 4. Taste Clock** (Rückseite)
Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden, um den Uhrzeit-Modus zu öffnen. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um die blinkenden Ziffern einzustellen. Betätigen Sie die Taste Clock erneut, um zwischen den Einstellungen zu schalten (Tag;Monat;Jahr;Stunde;Minute). Betätigen Sie die Taste „ESC“ zum Verlassen des Uhrzeit-Kalibrier-Modus.
- 5. Taste Alarm**



Einstellen der Alarmgrenzwerte

Drücken und halten Sie die Taste ALARM für 2 Sekunden gedrückt, um den Kalibrier-Modus aufzurufen. Das Symbol leuchtet auf.

Betätigen Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Wert zu erhöhen oder zu vermindern. Betätigen Sie die Taste ESC zum Verlassen des Kalibrier-Modus.

Einstellen der Werte „GOOD-NORMAL“ und „NORMAL-POOR“

Drücken Sie im Alarmwert-Kalibrier-Modus die Taste ALARM, um den GOOD NORMAL Grenzwert einzustellen. „GOOD NORMAL“ erscheint auf dem Display. Verändern Sie den Wert wie benötigt. Betätigen Sie erneut die Taste ALARM zum Einstellen des NORMAL POOR Grenzwertes. „NORMAL POOR“ erscheint auf dem Display. Verändern Sie den Wert wie benötigt.

Betätigen Sie die Taste ESC zum Verlassen des Modus.

- 6. Taste ▲**
Betätigen Sie diese Taste, um einen Wert zu erhöhen. Betätigen Sie die Taste „ESC“ zum Verlassen der Funktion.
- 7. Taste ▼**
Betätigen Sie diese Taste, um einen Wert zu vermindern. Betätigen Sie die Taste ESC zum Verlassen der Funktion.

8. Taste MAX MIN

Beim einmaligen Drücken dieser Taste erscheint das Symbol „MAX“ und die Maximalen Messwerte von CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit erscheinen auf dem Bildschirm. Die Anzeige erneuert sich immer dann, wenn ein höherer Wert gemessen wird. Betätigen Sie die Taste erneut und das Symbol „MIN“ erscheint zusammen mit der Anzeige der Minimalen Messwerte von CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Bildschirm. Betätigen Sie die Taste ESC zum Verlassen der Funktion.

9. Taste ESC

Betätigen Sie diese Taste zum Verlassen des aktuellen Modus.

10. AC-Adapter-Anschlussstecker

11. Power ON LED

Hintergrundbeleuchtung

Durch Berühren des Tastenbereichs unterhalb des LCDs schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Das Hintergrundlicht erlischt automatisch nach 20 Sekunden Inaktivität. Betätigen Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste „ESC“ zum Verlassen der Funktion.

Wartung

1. Das Messgerät sollte, wenn notwendig, mit einem feuchten Tuch unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
2. Bewahren Sie das Messgerät an einem Ort mit gemäßigter Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf.

Technische Daten

Funktion	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
CO ₂	0 bis 9999 ppm	1 ppm	±75 ppm oder ±5 % vom Messwert
Temperatur	23 bis 122 °F (-5°C bis 50 °C)	0,1°	±1,5 °C / 2,7 °F
Luftfeuchtigkeit	0,1 bis 90,0 %	0,1 %	±5 %

Bildschirm	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abtastrate:	2 Sekunden
Überlastanzeige:	“-OL-“
Sensortyp	CO ₂ : NDIR-Technologie (nicht-streuendes Infrarot)
Betriebsbedingungen	-5°C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F) bei < 90 % RH
Lagerbedingungen	-5°C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F) bei < 90 % RH
Stromversorgung	110 V ~ 220 V AC, Ausgang 6,0 V DC ≥ 500 mA (mitgeliefert)
Abmessungen / Gewicht	117 x 102 x 102 mm (4,6 x 4 x 4"); 204 g (7,2 oz.)

Copyright © 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechtes der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.
www.extech.com