

Instruction Sheet**EX050 (5 meters in length) ExStik™ Extension Cable Kit**


Compatibility: For use with these ExStik™ Meters: DO600, EC400, EC500, CL200 and RE300

Cable and Guard Installation Instructions:

1. To remove the electrode, turn the instrument OFF and then unscrew the electrode retaining nut, and remove it (turn counter-clockwise to remove).
2. Gently rock the electrode from side to side, pulling it away from the meter until it disconnects from the meter.
3. Attach the electrode to the cable by aligning the slots and pins, and carefully plugging the electrode into the cable socket. Be sure the O-ring is between the probe shoulder and the threaded end of the cable connector.
4. Tighten the electrode retaining nut firmly to seal the electrode to the cable. Do not overtighten.
5. Attach the meter to the other end of the cable, using the same procedure as described in (3.) and (4.).

Note: The guard is not designed to be used without the cable. The cable can be used without the guard if desired.

1. ExStik™ Meter
2. O-Ring
3. Retaining nut
4. Extension cable
5. Retaining nut
6. Probe guard
7. Probe
8. O-Ring

**Bedienungsanleitung****EX050 (5m) ExStik™ Verlängerungskabelsatz**


Kompatibilität: Geeignet für alle ExStik-Messgeräte DO600, EC400, EC500, CL200 and RE300

Anleitung zur Installation von Kabel und Schutzvorrichtung:

1. Zum Entfernen der Elektrode zunächst das Gerät AUSSCHALTEN und den Elektrodenring abschrauben (zum Entfernen nach links drehen).
2. Die Elektrode vorsichtig von einer Seite auf die andere bewegen und nach unten ziehen, bis sie sich vom Messgerät abtrennt.
3. Die Elektrode am Kabel befestigen. Hierzu die Schlitzte und Stifte ausrichten und die Elektrode vorsichtig in die Kabelbuchse stecken. Darauf achten, dass sich der O-Ring zwischen Sondenschulter und dem Gewindeende des Kabelsteckverbinders befindet.
4. Den Elektrodenring gut festdrehen, damit er eine gute Abdichtung zwischen Elektrode und Messgerät bietet. Nicht zu sehr festziehen.
5. Das Messgerät mithilfe derselben Methode, wie in (3) und (4) beschrieben, am anderen Kabelende befestigen.

Hinweis: Die Schutzvorrichtung kann nicht ohne Kabel benutzt werden. Das Kabel kann jedoch, falls gewünscht, ohne die Schutzvorrichtung benutzt werden.

1. Messgerät
2. O-Ring
3. Sondenbefestigungsmutter
4. Kabel
5. Sondenbefestigungsmutter
6. SONDENSCHUTZVORRICHTUNG
7. Sonde
8. O-Ring



Feuille d'instructions**Kit câble d'extension EX050 (5m) ExStik™**


Compatibilité: Tous les mètres ExStik : DO600, EC400, EC500, CL200 and RE300

Instructions pour installation du câble et de la protection :

1. Pour retirer l'électrode, éteindre d'abord l'instrument puis dévisser la bague de l'électrode (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
2. Balancer doucement l'électrode d'un côté à l'autre en la tirant pour la déconnecter de l'appareil.
3. Attacher l'électrode au câble en alignant les fentes et broches, puis brancher la avec précaution dans la prise du câble. S'assurer que la bague O est placée entre le support de sonde et l'extrémité en fil du connecteur du câble.
4. Serrer assez fermement la bague de l'électrode pour bien l'encastrer dans l'appareil. Ne pas trop serrer cependant.
5. Attacher le mètre à l'autre extrémité du câble en suivant les étapes (3.) et (4.) ci-dessus.

Remarque : La protection ne peut être utilisée qu'avec le câble. En revanche, on peut utiliser le câble sans la protection si on le souhaite.

1. Mètre
2. Bague O
3. Ecrou pour sonde
4. Câble
5. Ecrou pour sonde
6. Protection de la sonde
7. Sonde
8. Bague O

**Instructieblad****EX050 (5m) ExStik™ verlengkabelkit**

Compatibiliteit: Voor gebruik met alle ExStik meters: DO600, EC400, EC500, CL200 and RE300

Installatie-instructies voor kabel en kap:

1. Om de elektrode te verwijderen, het instrument eerst uitschakelen (OFF) en vervolgens de elektrodekraag losschroeven en verwijderen (de kraag naar links draaien om ze te verwijderen).
2. Schud de elektrode zachtjes heen en weer en trek ze naar beneden tot ze van de meter loskomt.
3. Om een elektrode aan de kabel te bevestigen, de gleuven en pinnen met elkaar in lijn brengen en de elektrode dan voorzichtig in de kabelaanluiting steken. Vergewis u ervan dat de O-ring zich tussen de schouder van de sonde en het schroefdraadeinde van de kabelaanluiter bevindt.
4. De elektrodekraag goed vast maken, zodat de elektrode goed op de kabel aangesloten is. Niet te hard aandraaien.
5. Bevestig de meter aan het andere uiteinde van de kabel en gebruik daarvoor dezelfde procedure als beschreven in (3.) en (4.)

Opmerking: De kap mag niet zonder de kabel gebruikt worden. De kabel kan zonder de kap gebruikt worden als u dat wenst.

1. Meter
2. O-ring
3. Moer voor de sondebevestiging
4. Kabel, 8 m
5. Moer voor de sondebevestiging
6. Sondekop
7. Sonde
8. O-ring

