

EM-70



DENTAL CLEANING AGENT FOR ULTRASONIC BATH

Properties: EM-070 intensifies as additive in ultrasonic bath during cleaning. Removes easily soiling of any origin on dentures and braces.

Suitable also for the removal of cement and plaster, also suitable to clean parts of stainless steel, porcelain, glass and synthetic material in ultrasonic bath.

Application: Depending on the degree of soiling, add to the cleaning bath (1%) 5ml of EM-070 to 0.5 l of water. The measuring cap contains approximately 8 ml. When the cleaning is finished, rinse the cleaned items thoroughly with water.

Composition: Tensides, phosphoric acid, and citric acid combination of active ingredients.

PH value of 1 % solution: 2.05. Free of formic acid! Only use outside of mouth. Avoid contact with skin, eyes and clothing.

UBA-No. 46180001 Keep out of the reach of children. R-phrases: R34 causes burns.



NETTOYAGE DENTAIRE pour bains d'ultrasons

Caractéristiques: ajouté au bain d'ultrasons, EM-070 rends la procédure de nettoyage plus intensive.

Il enlève sans peine toutes les souillures des prothèses et agrafes dentaires. Il est également efficace pour l'enlèvement de ciment et des restes de plâtre ainsi pour le nettoyage de pièces en inox, métaux précieux, porcelaine, verre et matière plastique dans le bain d'ultrasons.

Emploi: en fonction du degré de salissure, verser (1%) 5 ml EM-070 sur 0,5 litres d'eau dans le bain de nettoyage. Le bouchon de dosage contient environ 8 ml. Après la procédure de nettoyage, rincer soigneusement les outils de nettoyage avec de l'eau.

Composition: tensides, acide phosphorique et acide citrique
Combinaison de principe actif.

Valeur PH de la solution de 1%: 2,05. Exempte d'acide formique! N'utiliser qu'en dehors de la bouche. Eviter des projections sur la peau, les yeux et les vêtements.

N° UBA: 46180001 Garder hors porté des enfants. Notes R: R34 cause des corrosions.



GEBITSREINIGER voor ultrasoontank

Eigenschappen: EM-070 intensificeert bovendien in het ultrasoontank het reinigingsproces. Het verwijderd zonder enige moeite alle verontreiniging bij prothesen en gebitsbeugels.

Ook geschikt voor het verwijderen van cement en gipsresten en ook voor het reinigen van roestvrij stalen delen, edele metalen, porselein, glas en kunststof in het ultrasoontank.

Toepassing: Al naar gelang de vervuiligingsgraad in het reinigingsbad (1%) 5 ml EM-070 per 0,5 liter water geven. De doseringsafsluiting bevat ca. 8 ml. Na het beëindigen van het reinigingsproces het reinigingsmateriaal er grondig met water afspoelen.

Samenstelling: Tenside, fosforzuur en citroenzuur combinatie werkzame stof.
PH-waarde van de 1% oplossing "2,05. Bevat geen mierenzuur! Slechts uitwendig (buiten de mond) gebruiken. Spatters op huid, ogen en kleding vermijden. UBA-Nr. 46180001

Buiten het bereik van kinderen houden. R-Aanduidingen: R34 veroorzaakt brandwonden.



EMAG AG - Germany

Tel.: 0049-6105-406700

Fax: 0049-6105-406750

Daimler Str. 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf

www.emag-germany.de
info@emag-germany.de