

Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

MUSTER

Gegenstand Object	Temperatur-Messgerät testo 925	Oberflächenfühler
Hersteller Manufacturer	TESTO SE & Co. KGaA	TESTO SE & Co. KGaA
Typ Type description	0560 9250	0602 0393
Serien Nr. Serial no.	---	---
Inventar Nr. Inventory no.	---	---
Prüfmittel Nr. Test equipment no.	---	---
Equipment Nr. Equipment no.	12345678	12345679
Standort Location	---	---
Auftraggeber Customer	Mustermann GmbH DE-12345 Musterhausen	
Kunden Nr. Customer ID no.	1234567	
Auftrags Nr. Order no.	7654321 / 0520 0071	
Datum der Kalibrierung Date of calibration		02.04.2019
Datum der empfohlenen Rekalibrierung Date of the recommended re-calibration		02.04.2020

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem nach ISO 9001:2015, sowie ISO/IEC 17025:2005 eingeführt hat. Die Urkunden finden Sie auf www.testotis.de. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann eingesehen werden. Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem Kalibrier-Zertifikat aufgelistet.

Hereby we confirm that the performing calibration laboratory is working with a management system according to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 17025:2005. Accreditation certificates can be found under www.testotis.de. The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and traceable to the national standards of the German Federal Physical Technical Institute (PTB) or other national standards. Should no national standards exist, the measuring procedure corresponds with the technical regulations and norms valid at the time of the measurement. The documents established for this procedure are available for viewing. All the necessary measured data can be found on this calibration certificate.

Konformitätsaussage Conformity statement

- Messwert(e) innerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) within the allowable deviation¹.
 Messwert(e) außerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) outside of the allowable deviation¹.

--- ---

--- ---

¹) Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor k=2 berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgte nach DIN EN ISO 14253-1 gemäß der Kalibrieranweisung 4_AA_00120_DE.

¹) The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made according to DIN EN ISO 14253-1 according to calibration instruction 4_AA_00120_DE.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel Seal



Fachverantwortlicher Supervisor

Max Mustermann

Bearbeiter Technician

Martina Musterfrau

Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

MUSTER

Messeinrichtungen Measuring equipment

Index	Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. Eq.-no.
a	testo 454 mit Fühler testo 454 with probe	15070-01-01 2019-02	2020-02	T111468	10227947
b	testo 454 mit Fühler testo 454 with probe	15070-01-01 2019-02	2020-02	T111474	10320230
c	testo 454 mit Fühler testo 454 with probe	15070-01-01 2019-02	2020-02	T111469	10227948

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature 23,9 °C Feuchte Humidity 31,3 % rF % RH

Messverfahren Measuring procedure

Vergleichsmessung auf blanker Oberfläche gemäß Kalibrieranweisung 4_AA_00078_DE.
Comparison measurement on a polish surface according to calibration instruction 4_AA_00078_DE.

Messergebnisse Measuring results

Kanal Channel ---

Anzeige des Kalibiergegenstandes bei Raumtemperatur:
Display of the tested instrument at ambient temperature:

23,9 °C ± 1 K

Bezugswert Reference value °C	Messwert Kalibiergegenstand Measured value probe °C	Abweichung Deviation °C	Korrigierter Istwert mit OFZ Corrected value with surface correction factor = 1,042 °C	Zulässige Abweichung ²⁾ Allowed deviation ²⁾ °C	Messunsicherheit (k=2) Measurement uncertainty (k=2) °C	Bewertung Confirmation
60,3 ^a	58,3	-2,0	59,7	± 5,6	1,01	pass
120,7 ^b	117,6	-3,1	121,5	± 10,6	1,21	pass
180,5 ^c	175,2	-5,3	181,6	± 15,6	1,81	pass

²⁾ gemäß Hersteller in accordance with the manufacturer

Der korrigierte Istwert des Kalibiergegenstandes, unter Berücksichtigung des Oberflächenzuschlags (OFZ) wird nach folgender Formel berechnet: Korrigierter Istwert = (angezeigter Messwert Kalibiergegenstand - Kalibiergegenstand bei Raumtemperatur) * Oberflächenzuschlag + Kalibiergegenstand bei Raumtemperatur

The corrected display of the value probe has to be calculated by the following formula (the surface correction factor taken under consideration):
Corrected display = (indicated measured value probe - value probe at ambient temperature) * surface correction factor + value probe at ambient temperature

Besondere Bemerkungen Special remarks

