



akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

DKD



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15070-01-01

Kalibrierschein

Calibration certificate

Kalibrierzeichen

Calibration mark

MUSTER
D-K- 15070-01-01
2015-03

Gegenstand
Object

Netzteil

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Hersteller
Manufacturer

Voltcraft GmbH

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Typ
Type

PPS-11815

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial no.

12345

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Auftraggeber
Customer

Mustermann GmbH

DE-12345 Musterhausen

Auftragsnummer
Order no.

654321

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

- 4 -

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

26.03.2015

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the German Accreditation Body and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

V 3.4 / DE

Datum
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Max Mustermann

Bearbeiter
Person in charge

Max Mustermann

26.03.2015

MUSTER
D-K-
15070-01-01
2015-03

Seite Page **2** zum Kalibrierschein vom of the calibration certificate dated **26.03.2015**

Kalibriergegenstand Calibration object

Netzteil
 Equipment Nr. Equipment no. 12345678
 Inventar Nr. Inventory no. 123456
 Prüfmittel Nr. Test equipment no. 1234567

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt nach Kalibrieranweisung QSA - TIS 7.5-67 - in Abstimmung nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2622. durch Vergleich der Anzeige des Kalibriergegenstandes mit den durch die Kalibriergeräte/Normale dargestellten Messwerten.
 Bezug ist die Realisierung der Einheiten in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Deutschland.

The calibration is performed according to the QSA - TIS 7.5-67 procedure- in accordance with VDI/VDE/DGQ/DKD 2622. by direct comparison of the measured values of the calibration article with the reference-, or working-standard. The measurement is traceable to the Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Germany.

Verwendete Kalibrierprozedur Used calibration procedure

E:Voltcraft:PPS-11815:34401 / Rev.:1.0

Messunsicherheit Measuring uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Wertebereich. Ein Anteil für die Langzeit-Instabilität ist nicht enthalten. Die dimensionslosen Anteile der Messunsicherheit sind als relative Messunsicherheiten bezogen auf den Messwert zu verstehen.

The expanded uncertainty of measurement corresponding to the measurement results is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. This was determined in accordance with DAkkS-DKD-3. Usually the true value is located in the corresponding interval with a probability of ca. 95%. The non-dimensional fractions of the measuring uncertainty are relative values in relation to the indicated value.

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature	$(23 \pm 3)^\circ\text{C}$	Druck Pressure	$(960 \pm 30) \text{ hPa}$
Relative Luftfeuchte Humidity	$(40 \pm 20) \%$		

Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikats Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. EQ-no.
Hochlast-Messwiderstände-Satz2 burster 1282-0,001...0,1 Digitalmultimeter 34401A	15070-01-01	2015-07	E26696	11278826
	15070-01-01	2016-03	E30045	11349248

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com

MUSTER
D-K-
15070-01-01
2015-03

Seite Page 3 zum Kalibrierschein vom of the calibration certificate dated 26.03.2015

Bereich Range	Referenzwert (Normal) Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert UUT Indicated value UUT	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed deviation %	Messunsicher- heit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
AUX.Output						
Gleichspannung DC voltage						
60V	1.0V		0.96 V	±0.42 V	11% pass [+]	58 · 10 ⁻³
60V	2.0V		2.02 V	±0.42 V	6% pass [+]	29 · 10 ⁻³
60V	4.0V		4.03 V	±0.42 V	6% pass [+]	14 · 10 ⁻³
60V	6.0V		6.03 V	±0.42 V	7% pass [+]	9.6 · 10 ⁻³
60V	8.0V		8.03 V	±0.42 V	8% pass [+]	7.2 · 10 ⁻³
60V	10.0V		10.17 V	±0.42 V	41% pass [+]	5.8 · 10 ⁻³
60V	20.0V		20.15 V	±0.42 V	35% pass [+]	2.9 · 10 ⁻³
60V	30.0V		30.15 V	±0.42 V	35% pass [+]	1.9 · 10 ⁻³
60V	40.0V		40.10 V	±0.42 V	23% pass [+]	1.5 · 10 ⁻³
60V	50.0V		50.06 V	±0.42 V	15% pass [+]	1.2 · 10 ⁻³
60V	60.0V		60.08 V	±0.42 V	19% pass [+]	963 · 10 ⁻⁶
Gleichstromstärke DC current						
5A	0.5000 A		0.494 A	±0.0400 A	15% pass [+]	1.2 · 10 ⁻³
5A	1.0000 A		0.988 A	±0.0400 A	30% pass [+]	593 · 10 ⁻⁶
5A	2.0000 A		1.979 A	±0.0400 A	53% pass [+]	299 · 10 ⁻⁶
5A	3.0000 A		2.973 A	±0.0400 A	68% pass [+]	201 · 10 ⁻⁶
5A	4.0000 A		3.968 A	±0.0400 A	80% pass [+]	152 · 10 ⁻⁶
5A	5.0000 A		4.965 A	±0.0400 A	88% pass [+]	123 · 10 ⁻⁶
MAIN.Output						
Gleichspannung DC voltage						
60V	60.0V		60.08 V	±0.42 V	19% pass [+]	963 · 10 ⁻⁶
Gleichstromstärke DC current						
5A	5.0000 A		4.977 A	±0.0400 A	58% pass [+]	123 · 10 ⁻⁶

MUSTER
D-K-
15070-01-01
2015-03

Seite Page 4 zum Kalibrierschein vom of the calibration certificate dated 26.03.2015

Bewertung der Konformität Determination of conformity


Innerhalb der zulässigen Abweichung ¹⁾

Die Einhaltung der Spezifikation wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:

The compliance to specification is represented on the calibration certificate as follows:

- [+] Innerhalb der zulässigen Abweichung **mit** Berücksichtigung der Messunsicherheit
Within specification, **with** measurement uncertainty taken into account
- [+] Innerhalb der zulässigen Abweichung **ohne** Berücksichtigung der Messunsicherheit
Within specification, **without** measurement uncertainty taken into account
- [±] Im Unsicherheitsbereich **mit** Berücksichtigung der Messunsicherheit
Indeterminate, **with** measurement uncertainty taken into account
- Ausserhalb der zulässigen Abweichung **mit** Berücksichtigung der Messunsicherheit
Out-of-specification, **with** measurement uncertainty taken into account

Zeichenerklärung zum Diagramm:
◆ blau = Normal (4Eck; μN normiert)
● grün = Kalibiergegenst. (Kreis; μKG) normiert
| rot = ± zulässige Abweichung (normiert auf ±100%)
H schwarz = env. Messunsicherheit für k=2 (normiert)



Bewertung "fail" : |Abweichung| > zulässige Abweichung

Conformity "fail" : |deviation| > allowed deviation

Ausnutzung der Spezifikationsgrenze in % = |Abweichung| / (zulässige Abweichung - Messunsicherheit)

Utilization of allowed deviation % = deviation / (allowed deviation - Measuring uncertainty)

¹⁾ Die Konformitätsaussage erfolgte nach DIN EN ISO 14253-1 unter Berücksichtigung der Messunsicherheit gemäß der Kalibrieranweisung QSA-TIS 7.5-02. zulässige Abweichung gemäß Herstellerangabe.

¹⁾ The statement of conformity was made according to DIN EN ISO 14253-1 taking into account the measuring uncertainty according to calibration instruction QSA-TIS 7.5-02. allowed deviation in accordance with manufacturer.

Bemerkungen Special remarks

Am Kalibiergegenstand ist eine Kalibriermarke angebracht, die mit der Kalibriernummer dieses DAkkS-Scheines, sowie mit dem Kalibriermonat und Jahr versehen wurde.

A calibration mark is attached to the calibration object which indicates the calibration number of this DAkkS certificate as well as the calibration month and year.

Die Deutsche Akkreditierungsstelle ist Unterzeichner des multilateralen Übereinkommens der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAG (www.ilac.org) zu entnehmen.

The German Accreditation Body is signatory of the multilateral convention of the European cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for mutual acceptance of calibration certificates. Further signatories within and outside Europe are to be seen on the internet pages of EA (www.european-accreditation.org) and of ILAG (www.ilac.org).

The German original text is valid in case of doubt.