



EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity

Wir,
We,

Medisana GmbH
Jagenbergstr. 19,
41468 Neuss, GERMANY
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt, /
hereby state with sole responsibility that the product specified hereafter,

Medisana BS 444 Body Analysis Scale
Type: GBF-1319-B6
Art.-no.: 40444

Die Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinie(n) erfüllt:
meets the requirements of the following EU-Directive(s):

1. EMV Richtlinie 2014/30/EU mit Änderungen
EMC Directive 2014/30/EU including amendments
2. RED Directive 2014/53/EU including amendments
RED Richtlinie 1014/53/EU mit Änderungen
3. RoHS Richtlinie 2011/65/EU mit Änderungen
RoHS Directive 2011/65/EU including amendments

Jahr der ersten Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2016
Year of first attachment of the CE marking: 2016

Normen:
Standards:

- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-1:2007
- EN 62479: 2010
- EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
- EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)


Dieser Erklärung liegt zugrunde:
This declaration is based on:

Testberichte:	CTI Report:	EED32I00257202
<i>Test reports:</i>	CTI Report:	EED32I00257204
	CTI Report :	EED33K000222
	CTI Report :	EED32K000947
	CTI Certificate :	EED32K000947R1
	SGS Reports :	CANEC1512180301

Diese Erklärung ist gültig ab PO# 5288 (LOT R1810).
This declaration is valid from PO# 5288 (LOT R1810).

Neuss, Datum
date

01.11.2018


Uwe Meurer,
Qualitätsmanagement / Technik / *Quality Management / Technic*