



VOLTCRAFT[®]

Ⓟ Instrukcja użytkowania

VC-440 E Multimetr cyfrowy

Nr zamówienia: 1500206

CE

	Strona
1. Wprowadzenie	3
2. Objasnienia symboli	4
3. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	5
4. Zakres dostawy	6
5. Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa	6
6. Elementy obslugi	8
7. Opis produktu	9
8. Dane i symbole na wyswietlaczu	10
9. Pomiary	12
a) Wlaczanie miernika	12
b) Pomiar napiecia zmiennego „V/AC”	12
c) Pomiar napiecia stalego „V/DC”	13
d) Pomiar napiecia zmiennego LoZ „V/AC”	13
e) Pomiar napiecia „mV”	14
f) Pomiar pradu „A”	15
g) Pomiar opornosci	16
h) Test diod	17
i) Pomiar ciaglosci	17
j) Pomiar pojemnosci	18
k) Pomiar czestotliwosci (elektronicznie)	19
10. Funkcje dodatkowe	20
a) Funkcja SELECT	20
b) RANGE - Ręczny wybór zakresu pomiaru	20
c) Funkcja MAX MIN	20
d) Funkcja REL	20
e) Funkcja Hz%, pomiar czestotliwosci (elektrycznie)	21
f) Funkcja HOLD	21
g) Podswietlenie wyswietlacza  OFF	21
h) Lampa LED 	21
i) Funkcja automatycznego wyklaczenia	21

11. Czyszczenie i konserwacja	22
a) Informacje ogólne	22
b) Czyszczenie	22
c) Otwieranie miernika	23
d) Wymiana bezpiecznika	24
e) Wkładanie i wymiana baterii	25
12. Utylizacja	25
a) Dane ogólne	25
b) Utylizacja zużytych baterii	26
13. Usuwanie awarii	26
14. Dane techniczne	27

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

kupując produkt Voltcraft® dokonali Państwo bardzo dobrego wyboru. Dziękujemy.

Voltcraft® - ta nazwa na obszarze techniki pomiarowej, ładowania i sieciowej oznacza ponadprzeciętne produkty jakościowe wyróżniające się fachową kompetencją, niespotykaną wydajnością oraz ciągłymi innowacjami.

Zarówno ambitny elektronik amator jak i profesjonalista zawsze znajdzie wśród rodziny produktów Voltcraft® optymalne rozwiązanie potrzebne do wykonania nawet najbardziej wymagających zadań. I rzecz szczególna: Dopracowaną technikę i niezawodną jakość naszych produktów Voltcraft® oferujemy z niespotykanym stosunkiem jakości do ceny. Tym samym tworzymy podstawy długiej, dobrej i udanej współpracy.

Życzymy zadowolenia z nowego produktu Voltcraft®!

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt: <https://www.conrad.pl/kontakt>

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

2. Objaśnienia symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy występuje zagrożenie dla zdrowia użytkownika, np. ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejszej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol „strzałki” pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.



Niniejsze urządzenie jest zgodne w zakresie CE i spełnia tym samym krajowe i europejskie dyrektywy.



Klasa ochrony 2 (podwójna lub wzmocniona izolacja, izolacja ochronna).

IP65 ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelne) i strumienia wody

CAT I Kategoria pomiarowa I dla pomiarów wykonywanych przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, które nie mają bezpośredniego zasilania napięciem sieciowym (np. urządzenia zasilane bateriami, niskie napięcie ochronne, napięcie sygnałowe i sterowania itd.)

CAT II Kategoria pomiarowa II dla pomiarów wykonywanych przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, które są podłączone wtyczką bezpośrednio do gniazda zasilania sieciowego. Ta kategoria obejmuje także wszystkie niższe kategorie (np. CAT I do pomiaru napięcia sygnałowego i sterowania).

CAT III Kategoria pomiarowa III dla pomiarów wykonywanych na instalacji w budynkach (np. gniazda i podrozdzielnie). Ta kategoria obejmuje także wszystkie niższe kategorie (np. CAT II do pomiaru urządzeń elektrycznych). Pomiar w CAT III jest dopuszczalny tylko z końcówkami pomiarowymi o maksymalnej wolnej długości styku 4 mm i z osłonami na końcówkach pomiarowych.

CAT IV Kategoria pomiarowa IV dla pomiarów wykonywanych na źródle instalacji niskiego napięcia (np. główna rozdzielnia, przyłącza domowe dostawcy energii elektrycznej itd.) oraz na zewnątrz (np. prace przy kablach ziemnych, liniach napowietrznych itd.). Ta kategoria obejmuje także wszystkie niższe kategorie. Pomiar w CAT IV jest dopuszczalny tylko z końcówkami pomiarowymi o maksymalnej wolnej długości styku 4 mm i z osłonami na końcówkach pomiarowych.



Potencjał ziemi

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych w zakresie kategorii pomiarowej CAT III do max 1000 V i CAT IV do max 600V względem potencjału ziemi zgodnie z EN 61010-1 /UL 61010-1/CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1 i wszystkich niższych kategorii.
- Pomiar prądu stałego do max. 1000 A
- Pomiar napięcia zmiennego do maks. 1000 V
- Pomiar prądu stałego i zmiennego do maks. 10 A lub 20 A krótkotwale (maks. 10 sekund)
- Pomiar częstotliwości do 10 MHz (elektronicznie) i do 400 Hz (elektrycznie, jako funkcja podrzędna)
- Pomiar pojemności elektrycznej do 60 mF
- Pomiar oporności do 60 m Ω
- Sprawdzanie ciągłości (<10 Ω akustyczne)
- Test diod

Do wyboru funkcji pomiaru służy przełącznik obrotowy. We wszystkich funkcjach pomiaru (oprócz mV, testu diod i pomiaru ciągłości) aktywny jest automatyczny wybór zakresu pomiaru (Autorange).

W zakresie pomiaru napięcia AC i prądu AC wyświetlane są prawdziwe wartości efektywne (True RMS) do częstotliwości 400 Hz.

Biegunowość przy ujemnej wartości zmierzonej jest automatycznie wyświetlana ze znakiem minus (-).

Obydwa wejścia pomiarowe prądu są zabezpieczone przed przeciążeniem ceramicznym bezpiecznikiem wielkiej mocy. Napięcie w obwodzie pomiarowym prądu nie może przekroczyć 1000 V.

Do zasilania miernika służy zwykła bateria blokowa 9 V (typ 6F22, NEDA1604 lub porównywalne). Urządzenie może być zasilane wyłącznie bateriami podanego typu. Ze względu na niską pojemność nie należy stosować akumulatorów.

Funkcja automatycznego wyłączenia wyłącza urządzenie po ok. 15 minutach od ostatniego naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. Zapobiega to zbyt wczesnemu wyczerpaniu się baterii. Tę funkcję można wyłączyć.

W tyłu urządzenia znajduje się włączana lampka LED, która może służyć jako latarka.

Urządzenia nie można używać, gdy jest ono rozmontowane oraz gdy jest otwarta pokrywa baterii lub jej brakuje.

Typ budowy urządzenia odpowiada stopniowi ochrony IP65 czyli urządzenie jest pyłoszczelne i chronione przed strumieniem wody. Miernika nie można używać, gdy jest on mokry lub wilgotny. Stopień ochrony IP65 służy tylko do ochrony urządzenia.

Wykonywanie pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) lub w pomieszczeniach wilgotnych oraz w niekorzystnych warunkach otoczenia jest niedopuszczalne. Niekorzystne warunki otoczenia to: wilgoć lub wysoka wilgotność powietrza, pył lub palne gazy, pary lub rozpuszczalniki a także burza lub warunki burzowe takie jak silne pola elektrostatyczne itd.

Do pomiarów należy używać tylko przewodów i wyposażenia odpowiadających specyfikacji miernika.

Miernik może być używany wyłącznie przez osoby zapoznane z wymaganymi przepisami dotyczącymi pomiaru oraz możliwymi zagrożeniami. Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Inne zastosowanie niż opisane wyżej prowadzi do uszkodzenia produktu i jest ponadto związane z takimi zagrożeniami jak np. zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Produktu nie można zmieniać ani przerabiać!

Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do przyszłego użytku. Bezwzględnie należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

4. Zakres dostawy

- Multimetr cyfrowy
- K-Typ Czujnik temperatury z adapterem
- 2 x przewód pomiarowy bezpieczeństwa KAT IV
- Bateria płaska 9 V
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Instrukcja użytkownika (na płycie CD)™

Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz aktualne instrukcje użytkownika za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.



5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję użytkownika; zawiera ona ważne wskazówki dotyczące poprawnego użytkowania.

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkownika wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!


Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja!

- Produkt opuścił zakład produkcyjny w nienagannym stanie pod względem bezpieczeństwa.
- Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezpieczną pracę, użytkownik musi stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian urządzenia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zwracać się do osób dysponujących odpowiednią wiedzą.
- Mierniki i wyposażenie nie są zabawkami i muszą być chronione przed dziećmi!
- W zastosowaniach przemysłowych należy stosować przepisy bhp stowarzyszeń branżowych odnoszące się do urządzeń elektrycznych.
- Stosowanie mierników w szkołach, instytucjach edukacyjnych, amatorskich warsztatach musi odbywać się pod nadzorem i na odpowiedzialność przeszkolonego personelu.
- Przed każdym pomiarem sprawdzić, czy miernik jest włączony na odpowiednią funkcję pomiarową.



- Przy stosowaniu przewodów pomiarowych bez osłon pomiary między urządzeniem pomiarowym a potencjałem ziemi nie mogą być wykonywane powyżej kategorii CAT II.
- Przy pomiarach w kategorii CAT III i VAT IV na końcówki pomiarowe należy założyć osłony (maks. 4 mm wolnej długości styku), aby uniknąć przypadkowych zwarcć podczas pomiaru. Znajdują się one w zestawie.
- Przed każdą zmianą funkcji pomiaru należy odsunąć końcówki pomiarowe od obiektu pomiaru.
- Napięcie między punktami podłączenia miernika a potencjałem ziemi nie może przekroczyć 1000 V DC/AC w CAT III i 600 V DC/AC w CAT IV.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy napięciach o wartościach >33 V napięcia zmiennego (AC) >70 V stałego (DC) Nawet przy takich napięciach dotknięcie przewodu elektrycznego może skutkować groźnym dla życia porażeniem prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć porażenia prądem, należy uważać, aby podczas pomiaru nie dotykać, także pośrednio, mierzonych podłączeń/punktów. Podczas pomiaru nie dotykać końcówek pomiarowych poza wyczuwalnym oznaczeniem obszaru uchwytów.
- Przed każdym pomiarem należy sprawdzić urządzenie i przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń. Nie wykonywać żadnych pomiarów, gdy uszkodzona jest izolacja ochronna (pęknięta, oderwana itd). Kable pomiarowe mają wskaźnik zużycia. W przypadku uszkodzenia widoczna staje się druga izolacja w innym kolorze. Wyposażenie pomiarowe nie może być już używane i musi zostać wymienione.
- Nie używać miernika krótko przed, podczas i zaraz po burzy (uderzenie pioruna! / przepięcia o wysokiej energii!). Należy pamiętać, żeby dłonie, buty, odzież, posadzka, instalacja i jej części itd. były bezwzględnie suche.
- Unikać stosowania urządzenia w bezpośredniej bliskości:
 - silnych pól magnetycznych i elektromagnetycznych
 - anten nadawczych lub generatorów HF. Mogą one zafalszować wyniki pomiarów.
- Jeśli są podstawy do założenia, że niemożliwa jest dalsza bezpieczna eksploatacja urządzenia, należy je wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Należy założyć, że bezpieczna praca nie jest możliwa, gdy:
 - urządzenie ma widoczne uszkodzenia
 - urządzenie nie działa
 - urządzenie było długo składowane w niekorzystnych warunkach lub
 - urządzenie było narażone na trudne warunki podczas transportu.
- Nigdy nie włączać miernika natychmiast po przeniesieniu z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Skrapla się wtedy woda, która może w pewnych warunkach spowodować zniszczenie urządzenia! Pozostawić urządzenie niewłączone aż osiągnie temperaturę otoczenia.
- Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Opakowanie może stać się niebezpieczną zabawką dla dziecka.
- Stosować się także do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach instrukcji.

6. Elementy obsługi



- A Natryskiwana osłona gumowa
- B Gniazdo pomiarowe $\mu\text{A}/\text{mA}$
- C Gniazdo pomiarowe A
- D Gniazdo pomiarowe COM (potencjał odniesienia, „minus“)
- E Gniazdo pomiarowe $\text{V}\Omega$ (przy wielkościach stałych „Plus“)
- F Pokrętko wyboru funkcji pomiarowej
- G Przyciski funkcyjne
- H Wyświetlacz
- I Czujnik światła do podświetlenia wyświetlacza
- J Pałęk do zawieszenia, rozkładany
- K Lampa LED
- L Uchwyt na końcówki pomiarowe
- M Śrubki pokrywy komory baterii i bezpiecznika
- N Rozkładana podpórka do postawienia

7. Opis produktu

Zmierzone wartości są prezentowane na mierniku (zwanym dalej DMM) na wyświetlaczu. Wyświetlacz DMM zawiera 6000 Counts (Count = najmniejsza wartość wyświetlacza). Pomiar napięcia i prądu AC odbywa się jako pomiar prawdziwej wartości efektywnej (TrueRMS).

Jeśli DMM nie będzie używany przez ok. 15 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie. Chroni to baterie i umożliwia dłuższe czasy użytkowania. Funkcję automatycznego wyłączania można wyłączyć ręcznie.

Urządzenie można stosować do użytku prywatnego oraz profesjonalnego do kategorii CAT IV. Dzięki natryskiwanej osłonie gumowej urządzenie jest bardzo trwałe i wytrzymuje nawet upadek z wysokości 2 metrów. Ponadto urządzenie jest pyłoszczelne i chronione przed strumieniem wody (IP65). Przy wymianie baterii lub bezpiecznika należy sprawdzać uszczelkę gumową komory baterii pod kątem zabrudzenia, aby zagwarantować szczelność urządzenia. Uszczelka musi być zawsze czysta. Zabrudzenia i inne elementy usuwać cienkim patyczkiem kosmetycznym itp. Nie wolno uszkodzić uszczelki.

W kątowych wtyczkach załączonych przewodów pomiarowych mogą znajdować się osłony transportowe. Należy je zdjąć przed podłączeniem wtyków do gniazd miernika.

Aby móc lepiej odczytywać wskazania DMM można ustawić sobie odpowiednio urządzenie używając umieszczonej z tyłu podpórki (pałąka).


Pokrętło (F)

Do wyboru poszczególnych funkcji pomiaru (wielkości pomiarowych) służy przełącznik obrotowy (pokrętło). Automatyczny wybór zakresu „AUTO” jest aktywny w większości funkcji pomiarowych. Ustawiany jest w ten sposób zawsze zakres odpowiedni dla wybranej funkcji.

Na pokrętle są miejsca z kilkoma funkcjami. Na te zaznaczone na czerwono funkcje podrzędne można

przełączyć urządzenie przyciskiem „SELECT” (np. przełączenie z pomiaru oporności na pomiar ciągłości lub przełączenie AC/DC itd.). Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie funkcji.


Przy pozycji przełącznika „OFF” miernik jest wyłączony. Nieużywane urządzenie należy zawsze wyłączać.









8. Dane i symbole na wyświetlaczu

Następujące symbole i informacje występują na urządzeniu i na wyświetlaczu.

- 1 Pomiar prawdziwej wartości efektywnej
- 2 Symbol testu diod
- 3 Symbol akustycznego testu ciągłości
- 4 Symbol nano (exp.-9)
- 5 Symbol milli (exp.-3)
- 6 Symbol mikro (exp.-6)
- 7 Farad (jednostka pojemności elektrycznej)
- 8 Volt (jednostka napięcia elektrycznego)
- 9 Amper (jednostka natężenia prądu elektrycznego),
- 10 Symbol mega (exp.6)
- 11 Symbol kilo (exp.3)
- 12 Om (jednostka oporu elektrycznego)
- 13 Herc (jednostka częstotliwości)
- 14 Wyświetlanie stosunku trwania impulsu
- 15 Wyświetlanie wyników pomiarów
- 16 Funkcja automatycznego wyłączenia jest aktywna.
- 17 Skala, analogowy wykres kreskowy wartości cyfrowej
- 18 Funkcja Hold jest aktywna
- 19 Automatyczne podświetlenie wyświetlacza jest aktywne
- 20 Pamięć wartości minimalnej
- 21 Pamięć wartości maksymalnej
- 22 Symbol delta pomiaru względnego (=pomiar z wartością odniesienia)
- 23 Automatyczny wybór zakresu pomiaru jest aktywny
- 24 Wskaźnik wymiany baterii
- 25 Symbol ostrzegający przed niebezpiecznym napięciem lub dźwięk ostrzegawczy przekroczenia zakresu pomiaru
- 26 Symbol prądu stałego (—)
- 27 Informacja o biegunowości dla kierunku przepływu prądu (biegun ujemny)
- 28 Symbol prądu zmiennego (~)
- 29 Symbol niskiej impedancji



REL	Przycisk pomiaru względnego (=pomiar z wartością odniesienia)
SELECT	Przycisk przełączania funkcji podrzędnych
RANGE	Przycisk ręcznego wyboru zakresu pomiaru
MAX MIN	Przycisk zapisania wartości maksymalnej i minimalnej
HOLD	Przycisk zatrzymania na wyświetlaczu aktualnego wyniku pomiaru.
OL	Overload = przepełnienie; wykroczenie poza zakres pomiaru
OFF	Pozycja włącznika „Miernik wyłączony“
	Symbol testu diod
	Symbol akustycznego testu ciągłości
	Symbol zakresu pomiaru pojemności
~	Symbol prądu zmiennego
==	Symbol prądu stałego
COM	Gniazdo pomiarowe potencjału odniesienia
mV	funkcja pomiaru napięcia, miliwolt (exp.-3)
V	funkcja pomiaru napięcia, wolt (jednostka napięcia elektrycznego)
A	funkcja pomiaru prądu, amper (jednostka natężenia prądu elektrycznego)
mA	funkcja pomiaru prądu, miliamper (exp.-3)
μA	funkcja pomiaru prądu, mikroamper (exp.-6)
Hz%	funkcja pomiaru częstotliwości, herc (jednostka częstotliwości) i stosunek czasu trwania impulsu w %
Ω	funkcja pomiaru oporności, om (jednostka oporu elektrycznego)
 OFF	Przycisk wyłączenia automatycznego podświetlania wyświetlacza
	Przycisk lampy LED
	Symbol zastosowanych bezpieczników

9. Pomiary



W żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejściowych. Nie dotykać żadnych układów ani ich części, jeżeli mogą tam występować wyższe napięcia niż 33 V ACrms lub 70 V DC! Zagrożenie życia!



Przed rozpoczęciem pomiaru sprawdzić podłączone przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń jak np. rozcięcia, pęknięcia lub zgniecenia. Uszkodzonych przewodów pomiarowych nie można używać! Zagrożenie życia!

Podczas pomiaru nie dotykać końcówek pomiarowych poza wyczuwalnym oznaczeniem obszaru uchwytów.

Do miernika mogą być zawsze podłączone tylko dwa przewody pomiarowe, które są potrzebne do przeprowadzenia pomiaru. Ze względów bezpieczeństwa należy usunąć z miernika wszystkie niepotrzebne przewody pomiarowe.

Pomiary na obwodach prądowych >33 V/AC i >70 V/DC mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby, które są zaznajomione z odpowiednimi przepisami i mogąymi się pojawić zagrożeniami.



Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OL” (Overload = przepełnienie), oznacza to, że wykroczone poza zakres pomiaru.

a) Włączanie miernika

Ustawić pokrętkę (F) w odpowiedniej funkcji pomiaru. Aby wyłączyć miernik, ustawić przełącznik w pozycji „OFF”. Nieużywane urządzenie należy wyłączyć.



Przed pracą z miernikiem, należy założyć znajdującą się w zestawie baterię. Wkładanie i wymiana baterii są opisane w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.


b) Pomiar napięcia zmiennego „V/AC”

Przy wykonywaniu pomiaru napięcia zmiennego „AC” (V~) należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru.
- „V~”. Na wyświetlaczu pokazuje się „AC” oraz jednostka „V”.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równoległe z obiektem pomiaru (generator, układ itd.).
- Zmierzona wartość ukazuje się na wyświetlaczu.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.




Zakres napięcia „V/AC” wykazuje opór wejściowy $\geq 10\text{ M}\Omega$. Dzięki temu układ prawie nie jest obciążony.



c) Pomiar napięcia stałego „V/DC“

Przy wykonywaniu pomiaru napięcia stałego „DC“ (V=) należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „V=“.
 - Nacisnąć przycisk „SELECT“, aby przełączyć urządzenie na zakres napięcia stałego. Na wyświetlaczu pokazuje się „DC“ oraz jednostka „V“.
 - Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (E) a czarny do gniazda COM (D).
 - Połączyć obie końcówki pomiarowe równolegle z obiektem pomiaru (generator, układ itd.). Czerwona końcówka pomiarowa odpowiada biegunowi plusowemu a czarna minusowemu.
 - Na wyświetlaczu ukazuje się biegunowość wartości zmierzonej wraz z chwilowym wynikiem pomiaru.
 - Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.
- Gdy przy napięciu stałym przed wynikiem pomiaru pojawi się znak minus „-“, oznacza to, że zmierzona napięcie jest ujemne (lub przewody pomiarowe są zamienione miejscami).
- Zakres napięcia „V/DC“ wykazuje opór wejściowy $\geq 10 \text{ M}\Omega$. Dzięki temu układ prawie nie jest obciążony.




d) Pomiar napięcia zmiennego LoZ „V/AC“

Funkcja pomiaru LoZ umożliwia pomiar napięcia zmiennego przy niskiej impedancji (ok. 300 k Ω). Mniejszy opór wewnętrzny miernika redukuje błędne pomiary napięcia rozproszonego i napięcia Phantom. Jednakże obwód pomiarowy jest bardziej obciążony niż przy pomiarze standardowym.

Przy wykonywaniu pomiaru napięcia zmiennego „AC“ (LoZ V~) należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru.
- „LoZ V~“. Na wyświetlaczu pokazuje się „LoZ AC“ oraz jednostka „V“.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równolegle z obiektem pomiaru (generator, układ itd.).
- Zmierzona wartość ukazuje się na wyświetlaczu.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.

→ Zakres napięcia „LoZ V/AC“ wykazuje opór wejściowy $< 300 \text{ k}\Omega$. Dzięki temu układ jest obciążony w bardzo małym zakresie.




e) Pomiar napięcia „mV“

Urządzenie dysponuje osobną funkcją do pomiaru niskich napięć do maks. 600 mV z wysoką rozdzielczością. Funkcja ta może być używana zarówno do pomiaru napięcia zmiennego jak i stałego.

Przy wykonywaniu pomiaru napięcia zmiennego „AC“ (mV~) należy postępować w następujący sposób:


- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „mV~“. Na wyświetlaczu pokazuje się „AC“ oraz jednostka „mV“.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równoległe z obiektem pomiaru (generator, układ itd.).
- Zmierzona wartość ukazuje się na wyświetlaczu.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



→ Zakres napięcia „mV“ wykazuje opór wejściowy $\geq 10 \text{ M}\Omega$. Przy otwartych wejściach pomiarowych ze względu na wysoką czułość może być wyświetlana niezdefiniowana wartość pomiaru, która jednakże nie ma żadnego wpływu na wynik pomiaru.

Przy wykonywaniu pomiaru napięcia stałego „DC“ (mV=) należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „mV=“.
- Nacisnąć przycisk „SELECT“, aby przełączyć urządzenie na zakres napięcia stałego. Na wyświetlaczu pokazuje się „DC“ oraz jednostka „mV“.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równoległe z obiektem pomiaru (generator, układ itd.). Czerwona końcówka pomiarowa odpowiada biegunowi plusowemu a czarna minusowemu.
- Na wyświetlaczu ukazuje się biegunowość wartości zmierzonej wraz z chwilowym wynikiem pomiaru.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



→ Gdy przy napięciu stałym przed wynikiem pomiaru pojawi się znak minus „-“, oznacza to, że zmierzone napięcie jest ujemne (lub przewody pomiarowe są zamienione miejscami).

Zakres napięcia „mV“ wykazuje opór wejściowy $\geq 1000 \text{ M}\Omega$. Przy otwartych wejściach pomiarowych ze względu na wysoką czułość może być wyświetlana niezdefiniowana wartość pomiaru, która jednakże nie ma żadnego wpływu na wynik pomiaru.

f) Pomiar prądu „A“



W żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejściowych. Nie dotykać żadnych układów ani ich części, jeżeli mogą tam występować wyższe napięcia niż 33 V ACrms lub 70 V DC! Zagrożenie życia!

Maksymalne dopuszczalne napięcie w obwodzie pomiarowym prądu nie może przekroczyć 1000 V.

Pomiary w zakresie >10 A można prowadzić przez maksymalnie 10 sekund i w odstępach co 15 minut

W zakresie 10A nie należy w żadnym wypadku mierzyć prądów powyżej 20 A a w zakresie mA/μA powyżej 600 mA, ponieważ w przeciwnym wypadku zadziałają bezpieczniki.

Pomiar prądu należy zawsze zaczynać z największym zakresem pomiarowym i w razie potrzeby należy przejść na mniejszy zakres. Przed podłączeniem miernika oraz przed zmianą zakresu pomiaru zawsze należy odłączyć układ od prądu. Wszystkie zakresy pomiarowe prądu są zabezpieczone i chronione tym samym przed przeciążeniem.


Przy wykonywaniu pomiaru prądu stałego (A $\overline{\text{---}}$) należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać żądaną funkcję pomiaru „A, mA, μA $\overline{\text{---}}$ “.
- W tabeli zebrane są różne funkcje pomiarów i możliwe zakresy pomiarów. Wybrać funkcję pomiaru i odpowiednie gniazda pomiarowe.

Funkcja pomiaru	Zakres pomiaru	Gniazda pomiarowe
A	<10 A (<20 A)	COM + A
mA	<600 mA	COM + μAmA
μA	<6000 μA	COM + μAmA


- W zależności od dokonanego wyboru podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego „A“ (C) lub „μAmA“ (B). Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda „COM“ (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe bez prądu szeregowo z obiektem pomiaru (akumulator, układ itd.). W tym celu należy rozłączyć dany obwód prądowy.
- Po podłączeniu należy ponownie uruchomić obwód.
- Na wyświetlaczu ukazuje się biegunowość wartości zmierzonej wraz z chwilowym wynikiem pomiaru.
- Po zakończeniu pomiaru odłączyć obwód od prądu i zdjąć końcówki pomiarowe z obiektu. Wyłączyć miernik.

→ Gdy przy prądzie stałym przed wynikiem pomiaru pojawia się znak minus „-“, oznacza to, że prąd płynie odwrotnie (lub przewody pomiarowe są zamienione miejscami).



Przy wykonywaniu pomiaru prądu zmiennego (A~) należy postępować w następujący sposób.

- Włączyć DMM i wybrać żądaną funkcję pomiaru „10A, mA, μ A”.
- Nacisnąć przycisk „SELECT”, aby przełączyć urządzenie na zakres pomiaru AC. Na wyświetlaczu pojawia się „AC”. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do zakresu pomiaru DC itd.
- Podłączyć miernik zgodnie z opisem w rozdziale „Pomiar prądu stałego”.
- Po zakończeniu pomiaru odłączyć obwód od prądu i zdjąć końcówki pomiarowe z obiektu. Wyłączyć miernik.




g) Pomiar oporności



Upewnij się, że wszystkie części obwodów, obwody i podzespoły oraz inne obiekty, które mają zostać zmierzone, nie znajdują się pod napięciem i są rozładowane.

Przy wykonywaniu pomiaru oporności należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „ Ω ”.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Ω (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Sprawdzić ciągłość przewodów pomiarowych stykając ze sobą obie końcówki. Wtedy powinien pojawić się opór ok. 0 - 0,5 Ω (opór własny przewodów pomiarowych).
- Przy pomiarach niskoomowych należy nacisnąć przycisk „REL” (G), aby opór własny przewodów pomiarowych nie wpłynął na pomiar oporności. Wyświetlacz pokazuje 0 Ω .
- Połączyć teraz obie końcówki pomiarowe z obiektem pomiaru. Jeśli mierzony obiekt nie jest wysookomowy lub przerwany, wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu. Odczekać, aż wskazanie się ustabilizuje. Przy oporności >1 M Ω może to potrwać kilka sekund.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OL” (Overload = przepełnienie), oznacza to wykroczenie poza zakres pomiaru lub przerwanie obwodu pomiarowego.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



➔ Przy przeprowadzaniu pomiaru oporności zwracać uwagę, aby punkty pomiarowe dotykane końcówkami pomiarowymi były wolne od zanieczyszczeń, oleju, laku lutowniczego i podobnych substancji. Może to zafałszować wynik pomiaru.


Przycisk „REL” działa tylko przy wyświetlanym wyniku pomiaru. Gdy pojawi się „OL”, nie można włączyć tej funkcji.

h) Test diod



Upewnić się, że wszystkie części obwodów, obwody i podzespoły oraz inne obiekty, które mają zostać zmierzone, nie znajdują się pod napięciem i są rozładowane.

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru \rightarrow .
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Ω (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Sprawdzić ciągłość przewodów pomiarowych stykając ze sobą obie końcówki. Następnie musi ustawić się wartość ok. 0 000 V.
- Połączyć obie końcówki pomiarowe z obiektem pomiaru (dioda).
- Na wyświetlaczu pojawia się wartość napięcia w kierunku przewodzenia „UF” w voltach (V). Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OL”, oznacza to, że dioda została zmierzona w kierunku zaporowym (UR) lub jest uszkodzona (przerwanie). Dla sprawdzenia należy wykonać pomiar z zamienionymi biegunami.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.




i) Pomiar ciągłości



Upewnić się, że wszystkie części obwodów, obwody i podzespoły oraz inne obiekty, które mają zostać zmierzone, nie znajdują się pod napięciem i są rozładowane.

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru $\bullet\bullet$).
- Naciśnąć 1x przycisk „SELECT”, aby przełączyć funkcję pomiaru. Na wyświetlaczu pojawia się symbol pomiaru ciągłości oraz symbol jednostki „ Ω ”. Kolejne naciśnięcie powoduje przełączenie na kolejną funkcję pomiaru itd.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Ω (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Jako ciągłość przyjmuje się wartość $\leq 10 \Omega$ i wtedy rozlega się sygnał dźwiękowy. Zakres pomiaru sięga do 600 Ω .
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OL” (Overload = przepełnienie), oznacza to wykroczenie poza zakres pomiaru lub przerwanie obwodu pomiarowego.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



j) Pomiar pojemności




Upewnić się, że wszystkie części obwodów, obwody i podzespoły oraz inne obiekty, które mają zostać zmierzone, nie znajdują się pod napięciem i są rozładowane.

Przy kondensatorach elektrolitycznych konieczne zwrócić uwagę na biegunowość.

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „Pojemność“
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Ω (E) a czarny do gniazda COM (D).

→ Ze względu na czułe wejście pomiarowe przy „otwartych“ przewodach pomiarowych na wyświetlaczu może pojawić się pewna wartość. Naciśnięcie przycisku „REL“ powoduje ustawienie wskazania na „0“. Funkcja Autorange pozostaje aktywna.

- Połączyć obie końcówki pomiarowe (czerwona = biegun dodatni/czarna = biegun ujemny) z obiektem pomiaru (kondensator). Po krótkim czasie na wyświetlaczu pojawia się pojemność. Odczekać, aż wskazanie się ustabilizuje. Przy pojemnościach $>40 \mu\text{F}$ może to potrwać kilka sekund.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OL“ (Overload = przepełnienie), oznacza to, że wykroczone poza zakres pomiaru.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.




k) Pomiar częstotliwości (elektronicznie)

DMM może zmierzyć i wyświetlić częstotliwość napięcia sygnału w zakresie do 10 MHz. Maksymalny zakres wejściowy wynosi 30 Vrms. Ta funkcja nie nadaje się do pomiarów napięcia sieciowego. Stosować się do wielkości wejściowych podanych w danych technicznych.

→ Do pomiarów napięcia sieciowego należy użyć dodatkowych funkcji „Hz” i „%” w odpowiednich zakresach napięcia lub prądu.


Przy wykonywaniu pomiaru częstotliwości należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać funkcję pomiaru „Hz”. Na wyświetlaczu ukazują się „Hz”.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Hz (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równoległe z obiektem pomiaru (generator sygnału, układ itd.).
- Na wyświetlaczu pojawia się wartość częstotliwości razem z odpowiednią jednostką.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



Przy pomiarze stosunku impulsu dodatniej połowy fali w % należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć DMM i wybrać zakres pomiaru „Hz”. Na wyświetlaczu ukazują się „Hz”. Nacisnąć przycisk „Hz%”. Na wyświetlaczu ukazują się „%”.
- Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego Hz (E) a czarny do gniazda COM (D).
- Połączyć obie końcówki pomiarowe równoległe z obiektem pomiaru (generator sygnału, układ itd.).
- Na wyświetlaczu ukazują się czas trwania impulsu dodatniej połowy fali jako wartość procentowa. Przy sygnale symetrycznym ukazują się 50%.
- Po dokonaniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe od obiektu i wyłączyć DIMM.



10. Funkcje dodatkowe

Przyciskami funkcyjnymi (G) można aktywować różne funkcje dodatkowe. Po każdym naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał potwierdzający.



a) Funkcja SELECT

Pod wieloma funkcjami pomiaru kryją się dalsze funkcje podrzędne. Funkcje podrzędne są oznaczone na czerwono. Aby wybrać jedną z nich, należy nacisnąć przycisk „SELECT”. Każde naciśnięcie powoduje przejście do kolejnej funkcji podrzędnej.

b) RANGE - Ręczny wybór zakresu pomiaru

Funkcja RANGE umożliwia ręczne ustawienie określonego zakresu pomiaru. W niekorzystnych warunkach może się zdarzyć, że automatyczne ustawienie zakresu pomiaru wybierze kolejny wyższy zakres pomiaru lub będzie przełączać się między dwoma zakresami. Aby to zniwelować, można w kilku funkcjach pomiaru ręcznie ustawić zakres pomiaru. Ręczne ustawianie zakresu pomiaru działa tylko w następujących funkcjach pomiaru: V, Ω , μ A, mA, A.

Po naciśnięciu przycisku „RANGE” z wyświetlacza znika symbol „AUTO” i urządzenie przechodzi w tryb ręczny.

Każde naciśnięcie przycisku „RANGE” przełącza dalej zakres pomiaru i na końcu przechodzi ponownie do najmniejszego zakresu. Aktywny zakres pomiaru można rozpoznać po miejscu punktu dziesiętnego.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk „RANGE” na ok. 2 sekundy. Pojawia się symbol „AUTO” informujący, że ponownie aktywny jest automatyczny wybór zakresu pomiaru. Zmiana funkcji pomiaru także wyłącza tę funkcję.

c) Funkcja MAX MIN

Ta funkcja umożliwia zapisanie i wyświetlanie maksymalnych i minimalnych wartości uzyskanych podczas serii pomiarów. Naciśnięcie przycisku „MAX MIN” aktywuje tę funkcję. Auto-Range zostaje wyłączone.

Gdy ta funkcja jest aktywna, automatycznie zapisywana jest minimalna i maksymalna wartość z aktualnej serii pomiarów. Każde naciśnięcie przycisku przełącza wyświetlanie między wartością minimalną i maksymalną. Wartości są kasowane przy zmianie funkcji pomiaru lub przy wyłączeniu urządzenia.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk „MAX MIN” na ok. 2 sekundy. Z wyświetlacza znika komunikat „MAX” lub „MIN” i ponownie pojawia się „AUTO”.

d) Funkcja REL

Funkcja REL umożliwia wykonanie pomiaru z wartością odniesienia w celu uniknięcia ew. wskazań rozproszonych lub strat na przewodach np. podczas pomiaru oporności. W tym celu chwilowa wartość ukazana na wyświetlaczu zostaje wyzerowana. Ustawiana jest nowa wartość odniesienia. Auto-Range pozostaje aktywne, ale nie jest ukazywane na wyświetlaczu.

Naciśnięcie przycisku „REL” aktywuje tę funkcję. Na wyświetlaczu pojawia się „ Δ ”.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk „REL” lub zmienić funkcję pomiaru.



Funkcja REL nie jest aktywna w następujących funkcjach pomiaru: LoZ-V, pomiar ciągłości, test diod, częstotliwość (Hz%).

e) Funkcja Hz%, pomiar częstotliwości (elektrycznie)

Zakresy pomiaru napięcia i prądu mają funkcje podrzędne do pomiaru częstotliwości. Te funkcje pomiaru wymagają sygnału na poziomie >200 mVrms i mają szerokość pasma do 400 Hz. Dlatego nadają się do pomiaru napięcia sieciowego.

Aby zmierzyć częstotliwość sygnału prądowego lub napięciowego, należy nacisnąć przycisk „Hz%“. Na wyświetlaczu pojawia się wartość częstotliwości w Hz. Aby przełączyć wskazanie, należy ponownie nacisnąć przycisk „Hz%“.

Stosunek impulsu funkcja „Hz%“

Aby wyświetlić w procentach stosunek dodatniej połowy fali do ujemnej, należy nacisnąć 2x przycisk „Hz%“. Na wyświetlaczu pojawia się stosunek dodatniej połowy fali w procentach. Aby przełączyć wskazanie, należy ponownie nacisnąć przycisk „Hz%“.

f) Funkcja HOLD

Funkcja Hold powoduje zatrzymanie na wyświetlaczu aktualnie wyświetlanej zmierzonej wartości, aby można ją była spokojnie odczytać i zaprotokolować.



Przy sprawdzaniu przewodów znajdujących się pod napięciem upewnij się, że ta funkcja na początku testu jest wyłączona. W przeciwnym wypadku pojawi się fałszywy wynik pomiaru!

Aby włączyć funkcję Hold, należy nacisnąć przycisk „HOLD“; sygnał dźwiękowy potwierdza naciśnięcie a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „H“. Skala pozostaje nadal aktywna i pokazuje przebieg napięcia.

Aby wyłączyć funkcję Hold, należy ponownie nacisnąć przycisk „HOLD“ lub zmienić funkcję pomiaru.

g) Podświetlenie wyświetlacza


Poprzez czujnik światła multimetr rozpoznaje automatycznie jasność otoczenia i gdy DMM jest włączony włącza automatycznie podświetlenie wyświetlacza. O tej automatycznej funkcji informuje symbol „BL“ na wyświetlaczu. Można ją wyłączyć przyciskiem i wtedy pozostaje ona nieaktywna aż do wyłączenia urządzenia pokręteł. Przy następnym włączeniu funkcja ta jest ponownie aktywna.

h) Lampa LED

Z tyłu urządzenia umieszczona jest biała lampa LED (K). Lampę włącza się i wyłącza przyciskiem z symbolem latarki. Każde naciśnięcie powoduje włączenie i ponowne wyłączenie lampy.


Lampa pozostaje włączona do chwili wyłączenia jej przyciskiem, wyłączenia miernika pokręteł (OFF) lub automatycznego wyłączenia się urządzenia po ok. 15 minutach.

i) Funkcja automatycznego wyłączenia

DMM wyłącza się automatycznie po ok. 15 minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk ani nie zostanie przestawione pokrętko. Ta funkcja chroni i oszczędza baterie i wydłuża czas pracy. O włączonej funkcji informuje symbol „“ na wyświetlaczu.

Aby ponownie włączyć DMM po automatycznym wyłączeniu, należy obrócić pokrętko lub nacisnąć dowolny przycisk na mierniku (oprócz przycisków oświetlenia).

Funkcję automatycznego wyłączenia można wyłączyć ręcznie.

W tym celu wyłączyć miernik (OFF). Przytrzymać wciśnięty przycisk „SELECT“ i włączyć DMM pokręteł. Symbol „“ jest niewidoczny. Funkcja automatycznego wyłączenia pozostaje nieaktywna aż do wyłączenia miernika przez pokrętko.

11. Czyszczenie i konserwacja

a) Informacje ogólne

Aby zapewnić dokładność wskazań miernika przez długi czas, powinien on być raz w roku kalibrowany.

Oprócz okresowego czyszczenia i wymiany baterii oraz bezpiecznika urządzenie nie wymaga konserwacji.

Opis wymiany baterii i bezpiecznika znajduje się w dalszej części.


Należy regularnie sprawdzać bezpieczeństwo techniczne urządzenia i przewodów pomiarowych, np. uszkodzenia obudowy, zgniecenia itd.



Z tyłu urządzenia znajdują się uchwyty do zamocowania przewodów pomiarowych przy urządzeniu.



Końcówki pomiarowe można umieścić w uchwytach w taki sposób, aby były dobrze schowane lub też wyżej, aby można było wykonywać pomiary oburącz.



b) Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia należy zapoznać się z następującymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:



Po otwarciu pokryw lub usunięciu części, oprócz tych, które można otworzyć ręką, mogą zostać odkryte elementy znajdujące się pod napięciem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do miernika i mierzonych obiektów. Wyłączyć miernik.

Do czyszczenia nie używać żadnych szorujących środków, benzyny, alkoholu i podobnych. Może to naruszyć uszkodzić powierzchnię miernika. Poza tym opary są szkodliwe dla zdrowia i wybuchowe. Do czyszczenia nie używać także narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, szczotek metalowych itp.

Do czyszczenia urządzenia, wyświetlacza i przewodów pomiarowych używać czystej, nie strzępiącej się, antystatycznej i lekko zwilżonej szmatki. Przed rozpoczęciem kolejnego pomiaru urządzenie musi całkowicie wyschnąć.


c) Otwieranie miernika

Konstrukcja obudowy sprawia, że przy otwartej komorze baterii i bezpiecznika możliwy jest jedynie dostęp do baterii i bezpiecznika.

Te działania zwiększają bezpieczeństwo i sprzyjają prostocie obsługi urządzenia przez użytkownika.

Sposób postępowania podczas otwierania:

- Odłączyć wszystkie przewody pomiarowe od urządzenia i wyłączyć miernik.
- Rozłożyć znajdującą się z tyłu podstawkę (N).
- Odpowiednim śrubokrętem odkręcić 5 śrubek komory baterii (M).
- Przy rozłożonej podpórcie wysunąć pokrywę komory baterii (N).
- Bezpiecznik i komora baterii są teraz dostępne.
- Przy każdym otwarciu pokrywy komory baterii należy sprawdzać uszczelkę gumową komory baterii pod kątem zabrudzeń. Jeśli są zabrudzenia, należy je usunąć. Dzięki temu zapewniona jest ochrona przed pyłem i wodą.
- Zamknąć obudowę w odwrotnej kolejności i przykręcić komorę baterii i bezpiecznika.
- Miernik jest ponownie gotowy do pracy.



d) Wymiana bezpiecznika

Zakresy pomiarowe prądu są zabezpieczone bezpiecznikami wielkiej mocy. Jeśli pomiar na tym zakresie nie jest możliwy, należy wymienić bezpiecznik.

→ Działanie bezpieczników można sprawdzać przy zamkniętej obudowie przez funkcję pomiaru oporu. Wybrać funkcję pomiarową „ Ω ”. Jednym przewodem pomiarowym połączyć gniazdo pomiarowe „ Ω ” (E) z gniazdem mA (B) lub gniazdem A (C).

Gdy bezpieczniki są sprawne, powinny pokazać się następujące wyniki:

mA : <1,5 M Ω , A : < 5 Ω . Jeśli pojawi się wyższa wartość lub komunikat “OL”, należy wymienić bezpiecznik.

Sposób postępowania podczas wymiany:

- Odłączyć podłączone przewody pomiarowe od mierzonego obwodu i od miernika. Wyłączyć miernik.
- Otworzyć obudowę zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale „Otwieranie miernika”.
- Wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy tego samego typu i o tym samym natężeniu prądu . Bezpieczniki mają następujące parametry:


Bezpiecznik	F1	F2
Charakterystyka	bezwłoczny	bezwłoczny
Wartość	FF600mA H 1000 V	F11A H 1000V
Wymiary	6 x 32 mm	10 x 38 mm
Typ	ceramiczny	ceramiczny
Nr zam.	442335	126357

- Starannie zamknąć obudowę.



Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie naprawianych bezpieczników i mostkowanie gniazda bezpiecznika. Może to spowodować pożar lub eksplozję łuku świetlnego! W żadnym wypadku nie używać urządzenia z otwartą obudową.

e) Wkładanie i wymiana baterii

Do pracy miernik potrzebuje baterii blokowej 9V (np. 1604A). Przy pierwszym uruchomieniu lub gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol wymiany baterii , należy założyć nową, pełną baterię.

Sposób postępowania przy wkładaniu/wymianie baterii:

- Odłączyć miernik i podłączone przewody pomiarowe od wszystkich obwodów pomiarowych. Odłączyć wszystkie przewody pomiarowe od miernika. Wylączyć miernik.
- Otworzyć obudowę zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale „Otwieranie miernika”.
- Wymienić wyczerpaną baterię na nową tego samego typu. Włożyć nową baterię do komory odpowiednio układając bieguny.
- Starannie zamknąć obudowę.



W żadnym wypadku nie używać urządzenia z otwartą obudową. !ZAGROŻENIE ŻYCIA!

Nie pozostawiać w urządzeniu zużytych baterii, ponieważ nawet baterie zabezpieczone przed wylaniem się zawartości mogą ulec korozji, wskutek której mogą uwolnić się chemikalia stanowiące zagrożenie dla zdrowia i mogące zniszczyć urządzenie.

Nie pozostawiać leżących baterii bez nadzoru. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza.

Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia wyjąć z niego baterie, aby zapobiec wydostaniu się ich zawartości.

Baterie, z których wypłynęła zawartość lub uszkodzone mogą spowodować poparzenia przy kontakcie ze skórą. W takim przypadku zastosować odpowiednie rękawice ochronne.

Uważać, aby nie zewrzeć baterii. Nie wrzucać baterii do ognia.

Baterii nie można ładować ani rozkładać. Niebezpieczeństwo wybuchu.

→ Odpowiednie baterie alkaliczne dostępne są pod następującym numerem zamówienia:
Nr zam. 652509 (należy zamawiać 1x).

Należy używać tylko baterii alkalicznych, ponieważ są one wydajne i długotrwałe.

12. Utylizacja

a) Dane ogólne



Produktu nie można wyrzucać do śmieci.

Po zakończeniu użytkowania produktu należy poddać go utylizacji zgodnie z przepisami ustawowymi; należy go np. oddać w odpowiednim miejscu zbiórki.

Wyjąć baterie/akumulatory i zutylizować je osobno.

b) Utylizacja zużytych baterii

Użytkownik urządzenia jest ustawowo (rozporządzenie o bateriach) zobowiązany do zwrotu starych zużytych baterii i akumulatorów. Ich utylizacja ze śmieciami domowymi jest zabroniona!



Akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone symbolem ukazanym obok, który informuje o zakazie ich utylizacji ze śmieciami domowymi.

Oznaczenia decydujących metali ciężkich brzmią: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Zużyte akumulatory można oddawać nieodpłatnie w miejscach zbiórki organizowanych przez gminę, w naszych filiach lub wszędzie tam, gdzie są sprzedawane akumulatory.

W ten sposób użytkownik spełnia swoje ustawowe zobowiązania oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

13. Usuwanie awarii

Kupując miernik nabyli Państwo produkt zbudowany zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i bezpieczny w użyciu. Mimo to mogą pojawić się problemy i usterki.

Dlatego poniżej podano opis, jak można samemu w prosty sposób usunąć możliwe awarie:



Bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Błąd	Możliwa przyczyna	Możliwe usunięcie
Miernik nie działa.	Czy bateria jest wyczerpana?	Sprawdzić stan baterii. Wymiana baterii.
Brak zmiany mierzonej wartości.	Czy aktywna jest nieodpowiednia funkcja pomiaru (AC/DC)?	Sprawdzić wskazanie (AC/DC) i w razie potrzeby przełączyć funkcję.
	Czy użyto nieodpowiednich gniazd pomiarowych?	Sprawdzić obłożenie gniazd i poprawne zamocowanie przewodów pomiarowych.
	Czy funkcja Hold została włączona?	Wyłączyć funkcję Hold.
Brak możliwości pomiaru w zakresie A	Czy bezpiecznik zakresu A nie jest uszkodzony?	Sprawdzić bezpiecznik 11 A F2.
Brak możliwości pomiaru w zakresie mA/μA	Czy bezpiecznik zakresu mA/μA nie jest uszkodzony?	Sprawdzić bezpiecznik 600 mA F1.



Inne naprawy niż wyżej opisane mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego specjalistę. W przypadku pytań dotyczących obchodzenia się z miernikiem należy zwracać się do naszego działu wsparcie techniczne.

14. Dane techniczne

Wyświetlacz.....	6000 counts (znaków)
Czas pomiaru.....	ok. 3 pomiary/sekundę (wyświetlacz i skala)
Metoda pomiaru AC.....	True RMS, sprzężona z AC
Długość przewodów pomiarowych.....	po ok. 80 cm
Impedancja pomiarowa.....	$\geq 10M\Omega$ (zakres V)
Odstęp między gniazdami pomiarowymi.....	19 mm (COM-V)
Automatyczne wyłączenie.....	ok. 15 minut, możliwość ręcznej dezaktywacji
Zasilanie napięciem.....	bateria blokowa 9 V (NEDA 1604, 6F22 lub porównywalna)
Czas pracy/bateria.....	ok. 120 h (bez podświetlenia wyświetlacza/lampy LED)
Warunki pracy.....	0 do +30 °C (<75%rF) +31 do +40 °C (<50%rF)
Wysokość pracy.....	maks. 2000 m
Temperatura magazynowania.....	-10 do +50 °C (<75%rF)
Waga.....	ok. 473 g
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.).....	195 x 95 x 58 (mm)
Kategoria pomiaru.....	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Stopień zabrudzenia.....	2
Bezpieczeństwo wg.....	EN 61010-1 /UL 61010-1/CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1
Stopień ochrony.....	IP65 (pyłoszczelny i chroniony przed strumieniem wody)

Tolerancje pomiaru

Dokładność w \pm (% odczytu + błędy wyświetlania w znakach (= ilość najmniejszych miejsc)). Dokładność obowiązuje przez rok przy temperaturze +23 °C (± 5 °C), względnej wilgotności powietrza poniżej 75%, bez kondensacji. Poza w/w zakresie temperatury obowiązuje współczynnik temperatury +0,1 x (określona dokładność)/1 °C

Pomiar może być zafalszowany, jeśli urządzenie jest używane w silnych polach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. W otoczeniu, gdzie występuje pole elektromagnetyczne do 1 V/m zwiększa się dokładność o 5% wyniku pomiaru. Powyżej 1 V/m nie ma specyfikacji i mogą pojawiać się błędne wskazania.

Napięcie stałe V/DC

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
600,0 mV*	0,1 mV	$\pm(0,8\% + 3)$
6,000 V	0,001 V	$\pm(0,6\% + 3)$
60,00 V	0,01 V	$\pm(0,8\% + 3)$
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	

*dostępne tylko przez funkcję pomiaru „mV”
ochrona przeciążeniowa 1000 V; impedancja: 10 M Ω (mV: ≥ 1000 M Ω)
Przy zwartym wejściu pomiarowym w zakresie mV możliwe jest wyświetlenie 5 counts;
Dokładność 5-100%

Napięcie zmienne (V AC)

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
600,0 mV*	0,1 mV	$\pm(1,3\% + 5)$
6,000 V	0,001 V	$\pm(1,0\% + 5)$
60,00 V	0,01 V	$\pm(1,3\% + 4)$
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	
600,0 V LoZ	0,1 V	$\pm(2,6\% + 4)$

*dostępne dostępne tylko przez funkcję „mV”
zakres częstotliwości 40 - 400 Hz; ochrona przeciążeniowa 1000 V; impedancja: 10 M Ω
Szczególny zakres pomiaru: 5 - 100 % zakresu pomiaru
Przy zwartym wejściu pomiarowym możliwe jest wyświetlenie 10 counts
Po użyciu funkcji LoZ niezbędny jest czas na regenerację trwający 1 minutę

TrueRMS wartość szczytowa (Crest Factor (CF)) ≤ 3 CF do 600 V, $\leq 1,5$ CF do 1000 V
TrueRMS wartość szczytowa dla sygnałów o przebiegu niesinusoidalnym + tolerancja:
CF >1,0 - 2,0 + 3%
CF >2,0 - 2,5 + 5%
CF >2,5 - 3,0 + 7%

Prąd stały A/DC

	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
μA	600,0 μA	0,1 μA	±(1,0% + 4)
	6000 μA	1 μA	
mA	60,00 mA	0,01 mA	
	600,0 mA	0,1 mA	
A	6,000 A	0,001 A	±(1,3% + 4)
	20,00 A*	0,01 A	±(1,6% + 7)

Ochrona przeciążeniowa 1000 V
*do 10 A pomiar ciągly, >10 -20 A maks. 10 s z przerwą pomiarową 15 minut

Prąd zmienny A/AC

	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
μA	600,0 μA	0,1 μA	±(1,3% + 4)
	6000 μA	1 μA	
mA	60,00 mA	0,01 mA	
	600,0 mA	0,1 mA	
A	6,000 A	0,001 A	±(1,6% + 4)
	20,00 A*	0,01 A	±(2,0% + 7)

zakres częstotliwości 40 - 400 Hz; ochrona przeciążeniowa 1000 V;
Szczególny zakres pomiaru: 5 - 100 % zakresu pomiaru
Przy zwartym wejściu pomiarowym możliwe jest wyświetlenie 2 counts
*do 10 A pomiar ciągly, >10 -20 A maks. 10 s z przerwą pomiarową 15 minut

TrueRMS wartość szczytowa (Crest Factor (CF)) ≤3 CF na całym zakresie
TrueRMS wartość szczytowa dla sygnałów o niesinusoidalnym przebiegu + tolerancja:
CF >1,0 - 2,0 + 3%
CF >2,0 - 2,5 + 5%
CF >2,5 - 3,0 + 7%

Oporność

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
600,0 Ω^*	0,1 Ω	$\pm(1,3\% + 3)$
6,000 k Ω	0,001 k Ω	$\pm(1,0\% + 3)$
60,00 k Ω	0,01 k Ω	
600,0 k Ω	0,1 k Ω	
6,000 M Ω	0,001 M Ω	$\pm(1,6\% + 4)$
60,00 M Ω	0,01 M Ω	$\pm(3,0\% + 6)$

Ochrona przeciążeniowa 1000 V;
napięcie pomiarowe: ok. 0,5 V
*Dokładność po odjęciu oporu przewodów pomiarowych

Pojemność

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
6,000 nF*	0,001 nF	$\pm(5\% + 10)$
60,00 nF*	0,01 nF	$\pm(4\% + 7)$
600,0 nF*	0,1 nF	
6,000 μ F*	0,001 μ F	
60,00 μ F	0,01 μ F	
600,0 μ F	0,1 μ F	
6,000 mF	0,001 mF	
60,00 mF	0,01 mF	

Ochrona przeciążeniowa 1000 V
*Dokładność dla zakresu pomiaru $\leq 1 \mu$ F obowiązuje tylko przy użyciu funkcji REL

Częstotliwość „Hz” (elektronicznie)

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
60,00 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,1\% + 6)$
600,0 Hz	0,1 Hz	
6,000 kHz	0,001 kHz	
60,00 kHz	0,01 kHz	
600,0 kHz	0,1 kHz	
6,000 MHz	0,001 MHz	
10,00 MHz	0,01 MHz	

Poziom sygnału:
 ≤ 100 kHz: 200 mV - 30 Vrms
 > 100 kHz - < 1 MHz: 600 mV - 30 Vrms
 ≥ 1 MHz - < 10 MHz: 1 V - 30 Vrms
10 MHz: 1,8 V - 30 Vrms

Częstotliwość „Hz“ (elektrycznie, funkcja podrzędna A i V)

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
40 - 400 Hz	0,1 Hz	Nie określona
Poziom sygnał: Czulość co najmniej 200 mVrms		

Stosunek impulsu „%“

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,1 – 99,9 %	0,1 %	Nie określona
Wyświetlanie dodatniej połowy fali w % zakresu częstotliwości: <10 kHz czulość wejściowa >2 Vpp (10,0 % - 95,0 %)		

Test diod

Napięcie probiercze	Rozdzielczość
ok. 12 V/DC	0,001 V
Ochrona przeciążeniowa: 1000 V; prąd probierczy: 3,5 mA typ.	

Akust. kontrola ciągłości

Zakres pomiaru	Rozdzielczość
600 Ω	0,1 Ω
$\leq 10 \Omega$ dźwięk ciągły; $\geq 50 \Omega$ brzęczyk nie brzmi Ochrona przeciążeniowa: 1000 V Napięcie probiercze ok. 1 V Prąd probierczy <0,25 mA	



W żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejściowych. Nie dotykać żadnych układów ani ich części, jeżeli mogą tam występować wyższe napięcia niż 33 V/ACrms lub 70 V/DC! Zagrożenie życia!

© To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.